＊2012 年　7 月 20 日改訂（第 2 版）
2012 年　3 月 13 日作成（第 1 版）

医療機器認証番号：224AFBZX00026000 号

歯科材料 02　歯冠材料
管理医療機器　歯科用陶材 70801000

セルコン セラム Love

【形状・構造及び原理等】
種類及び形状：ペースト状及び粉状で下記の種類がある。

1. 陶材

種類	色調	形状
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ	PL1、PL2、PL3、PL4、PL5、PL6、PL7、PL8、PL9、PL10、PL11、PL12、PL13	ペースト状
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ｶﾞﾑ	—	
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｵﾚﾝｼﾞ	—	
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ﾌﾞﾘｰﾁ	BL1/BL2、BL3/BL4	
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ	DE1、DE2、DE3、DE4、DE5、DE6、DE7、DE8、DE9、DE10、DE11、DE12、DE13、DE14、DE15、DE16、DE17、DE18、DE19、DE20、DE21、DE22、DE23、DE24	粉状
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ	BL1、BL2、BL3、BL4	
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ｶﾞﾑ	1、2	
CC-Love ﾌﾙｲﾝｻｲﾄﾞ	1、2	
CC-Love ｸﾞﾚｰｲﾝｻｲﾄﾞ	—	
CC-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞﾝﾁﾝ	ID0、ID1、ID2、ID3、ID4	
CC-Love ｴﾅﾒﾙ	E1、E2、E3	
CC-Love ｴﾅﾒﾙ ﾌﾞﾘｰﾁ	BL1/BL2、BL3/BL4	
CC-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾌｪｸﾄ	O.E.ｻﾝﾗｲｽﾞ、O.E.ｻﾝｾｯﾄ、O.E.ｽｶｲ、O.E.ｵｰｼｬﾝ、O.E.ﾌｫｸﾞ	
CC-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾅﾒﾙ	OE1、OE2	
CC-Love ﾎﾜｲﾄｻｰﾌｪｽ	—	
CC-Love ｽﾀﾝﾊﾞｲ	—	
CC-Love ｱﾄﾞｵﾝ	—	
CC-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ	SM1、SM2、SM3、SM4、SM5	
CC-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾘｰﾁ	—	
CC-Love ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ	FSM1 、 FSM2 、 FSM3 、FSM4、FSM5	
CC-Love ｽﾃｲﾝ	ﾎﾜｲﾄ、ｽﾄﾗﾄ、ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ、ﾀｲｶﾞ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、ﾋﾟﾝｸ、ｱｲﾎﾞﾘｰ、ﾋﾟｰﾁ、ｱﾝﾊﾞｰ	
CC-Love ﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾃｲﾝ	Body3、Body5、Body7	
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	—	
CC-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ	TC、TR	
ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝ	ｲｴﾛｰ、ﾊﾆｰ、ﾋﾟｰﾁ、ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ、ﾋﾟﾝｸ、ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ、ﾏﾝｺﾞ、ｵﾚﾝｼﾞ、ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾚｲ、ﾌﾞﾗｯｸ、ｽﾄﾗﾄ、ｱｲﾎﾞﾘｰ、ｱﾝﾊﾞｰ、ﾀｲｶﾞ、ｷｬﾗﾒﾙ、ﾃﾗ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	
ｾﾙｺﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾃｲﾝ	Body1 、 Body2 、 Body3 、Body4 、 Body5 、 Body6 、Body7、Body8、Body9	
ｾﾙｺﾝ ｸﾞﾚｰｽﾞ	—	

主成分：二酸化ケイ素

2. 付属品

混和液	ﾍﾟｰｽﾄ ｵﾍﾟｰｸ ﾘｷｯﾄﾞ、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ SD、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝ ｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
その他の付属品	ﾌﾞﾗｼ(ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08、ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)、ﾀｵﾙ、ｽﾎﾟﾝｼﾞ、ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾞｰ、ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ(ﾍﾞｰｽ 1、ﾍﾞｰｽ 2、ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ、ｵﾊﾞｰﾙ、ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾊﾞ、ｽﾃｲﾝ、ﾌﾞﾘｰﾁ)、ｶﾗｰﾎｲｰﾙ

【使用目的、効能又は効果】
歯科用陶材製の修復物を作製するために用いる。

【品目仕様等】

曲げ強さ	50MPa 以上
溶解	100μg/㎠以下

試験方法：ISO9693

【操作方法又は使用方法等】
陶材の焼成プログラムについては焼成表をご参照ください。

1. フレームの準備
酸化ジルコニウム製のフレームの調整後、新しいアルミナ(110～125μm/3～3.5気圧)でブラスティング処理を行い、スチームクリーナーあるいは超音波洗浄器を用いて洗浄する。
2. ペーストライナーの築盛、焼成
CC-Love ペーストライナー、CC-Love ペーストライナー ガム、CC-Love ペーストライナー インテンシブオレンジ、CC-Love ペーストライナー ブリーチは、筆等を用いて築盛し、焼成する。必要に応じて、上記の作業を繰り返し築盛、焼成を数回おこなう。
3. ショルダーの築盛、焼成
CC-Love ショルダーを用いて、ポーセレンマージンの築盛をおこなう。フレームのマージンを修復物のマージンより短く調整後、あらかじめアイソレーティング フルイッド（分離材）を塗布した歯型に戻す。CC-Love ショルダーはデュセラ リキッド SD クイック又は精製水で混和し、筆等を用いて築盛し、焼成をおこなう。焼成による収縮により不足が生じた場合は、表面をサンドブラスト処理したうえ、上記の作業を繰り返す。
4. 一次デンチンの築盛、焼成
CC-Love デンチン、CC-Love エナメル、CC-Love スタンバイを専用液（デュセラリキッド SD、又はデュセラリキッド ブレンド）又は精製水で混和し、筆等を用いて築盛し、焼成する。
部分的な効果色には、CC-Love オパール エナメル、CC-Love オパール エフェクト、CC-Love インテンシブ デンチン、CC-Love フルインサイド、CC-Love グレーインサイド、CC-Love ホワイトサーフェス、CC-Love トランスペアレント、CC-Love デンチン ブリーチ、CC-Love エナメル ブリーチ、CC-Love ショルダー ブリーチを築盛し、焼成する。歯肉色部分にはCC-Love デンチン ガムを築盛し、焼成する。デュセラリキッド ブレンドは築盛された陶材の安定性（型崩れ防止）を高める場合に使用する。
5. 二次デンチンの築盛、焼成
一次デンチンの築盛、焼成後に形態に不足がある部分の表面をサンドブラスト処理したうえ、追加築盛し、焼成する。
6. 形態修正
二次デンチン焼成後、歯科技工用ダイヤモンド研削材等を用いて歯冠形態を修正する。
7. ステイニング、グレージング
必要であればCC-Love ステイン、CC-Love ボディーステイン、セルコン ステイン、セルコン ボディーステインを専用液（デュセラ リキッド ステイン インプルーブド）で混和し、筆等で形態修正を終えた歯冠表面に塗布する。ステイニングが必要でない場合は、CC-Love グレーズ、セルコン グレーズのみを表面に塗布し、焼成する。

取扱い説明書を必ずご参照ください。

BC-TM186

8. グレージング後の追加焼成
グレージング後の形態のわずかな修正、あるいはコンタクトポイントの追加にはCC-Love アドオンを専用液（デュセラリキッドSD、またはデュセラリキッド ブレンド）又は精製水で混和し、筆等を用いて追加築盛し、焼成する。ショルダー部の追加にはCC-Love ファイナルショルダーを専用液（デュセラリキッドSD、またはデュセラリキッド ブレンド）又は精製水で混和し、筆等を用いて追加築盛し、焼成する。
9. 研磨・修正し歯冠修復物を得る。

焼成表

分類	乾燥時間(分)	焼成温度(℃) 開始	焼成温度(℃) 終了	昇温速度(℃/分)	係留時間(分)	真空値(hPa)	冷却時間(分)
ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ1	9	575	970	55	1	50	-
ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ2	9	575	960	55	1	50	-
ｼｮﾙﾀﾞｰ1	6	450	950	55	2	50	-
ｼｮﾙﾀﾞｰ2	6	450	950	55	1	50	-
ﾃﾞﾝﾁﾝ1	5	450	900	55	1.5	50	-
ﾃﾞﾝﾁﾝ2	5	450	890	55	1.5	50	-
ｸﾞﾚｰｽﾞ	5	450	880	55	1	-	6
(ｽﾃｲﾝ/ｸﾞﾚｰｽﾞ)*	(3)	(450)	(800)	(55)	(1)	(-)	(6)
ｱﾄﾞｵﾝ	5	450	760	55	1	50	6
ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ	5	450	760	55	1	50	6

*ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝ、ｾﾙｺﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾃｲﾝ、ｾﾙｺﾝ ｸﾞﾚｰｽﾞを焼成する場合

※焼成温度や焼成スケジュールは、炉の形式や機種により異なります。
ご使用の前に試し焼きを行い、焼成温度や焼成スケジュールをご確認ください。

【使用上の注意】

1．使用注意
本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。本材の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

2．重要な基本的注意
（1）本材を使用する前に使用説明書をよく読むこと。
（2）本材は、セルコン ベース製のフレームのみに使用すること。
（3）本材は、咬合習癖を有する患者(例：ブラキシズムなど)には使用しないこと。
（4）本材は、咬合面間距離(クリアランス)が不十分な患者には使用しないこと。
（5）本材を、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
（6）本材の研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
（7）本材の切削、研磨作業などの際には、目の損傷を防ぐため保護めがねなどを使用すること。
（8）修復物のエッチング処理でフッ酸を取扱う際は、その説明書に従い、十分注意すること。
（9）本材は、適切な換気がなされている場所で使用すること。
(10) 他の製品と混用しないこと。
(11) 本材は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
(12) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]
1. 本材は、直射日光及び高温多湿を避けて、保管すること。
2. 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1．セット

(1) ﾍﾞｰｼｯｸｷｯﾄ

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ (13種)	3mL	各1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (24種)	20g	各1
CC-Love ｴﾅﾒﾙ (3種)	20g	各1
CC-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (TC)	20g	1
CC-Love ｱﾄﾞｵﾝ	20g	1
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	20g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾘｷｯﾄﾞ	2mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
ﾀｵﾙ		1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ﾌﾞﾗｼ (ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08, ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)		各1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ﾍﾞｰｽ1, ﾍﾞｰｽ2)		各1
ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾟｰ		1
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ		1
ｶﾗｰﾎｲｰﾙ		2
取扱説明書		1

(2) ｴｽﾃﾃｨｯｸｷｯﾄ

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ｶﾞﾑ	3mL	1
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｵﾚﾝｼﾞ	3mL	1
CC-Love ﾌﾙｲﾝｻｲﾄﾞ (2種)	20g	1
CC-Love ｸﾞﾚｰｲﾝｻｲﾄﾞ	20g	1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ｶﾞﾑ (2種)	20g	各1
CC-Love ﾎﾜｲﾄｻｰﾌｪｽ	20g	1
CC-Love ｽﾀﾝﾊﾞｲ	20g	1
CC-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (TR)	20g	1
CC-Love ｵﾊﾟｰﾙｴﾌｪｸﾄ (5種)	20g	各1
CC-Love ｵﾊﾟｰﾙｴﾅﾒﾙ (2種)	20g	各1
CC-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ (5種)	20g	各1
CC-Love ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ (5種)	20g	各1
CC-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞﾝﾁﾝ (ID1,、ID2、ID3、ID4)	20g	各1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾘｷｯﾄﾞ	2mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ	15mL	1
ﾌﾞﾗｼ (ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08, ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)		各1
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ		1
ﾀｵﾙ		1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ、ｵﾊﾟｰﾙ、ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾊﾞ)		各1
ｶﾗｰﾎｲｰﾙ		2
取扱説明書		1

(3) ｽﾃｲﾝｷｯﾄ

CC-Love ｽﾃｲﾝ (9種)	4g	各1
CC-Love ﾎﾞﾃﾞｨｽﾃｲﾝ (3種)	4g	各1
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	20g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ｽﾃｲﾝ)		1

取扱い説明書を必ずご参照ください。

(4) ﾌﾞﾘｰﾁｷｯﾄ

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰﾌﾞﾘｰﾁ (2種)	3mL	各1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝﾌﾞﾘｰﾁ (4種)	20g	各1
CC-Love ｴﾅﾒﾙﾌﾞﾘｰﾁ (2種)	20g	各1
CC-Love ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾞﾘｰﾁ	20g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ	15mL	1
ﾌﾞﾗｼ (ﾍﾟｰｽﾄ ｵﾍﾟｰｸ ﾌﾞﾗｼ)		1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ﾌﾞﾘｰﾁ)		1

(5) ﾄﾗｲｱﾙｷｯﾄ

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ (PL6、PL9)	3mL	各1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE6、DE9)	10g	各1
CC-Love ｴﾅﾒﾙ (E2、E3)	10g	各1
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	10g	1
CC-Love ｱﾄﾞｵﾝ	10g	1
CC-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (TC)	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾟｰ		1
取扱説明書		1

(6) ﾜﾝｼｪｰﾄﾞｷｯﾄ A2

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ (PL3)	3mL	1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE3)	10g	1
CC-Love ｴﾅﾒﾙ (E2)	10g	1
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	15mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
取扱説明書		1

*(7) ﾜﾝｼｪｰﾄﾞｷｯﾄ A3

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ (PL6)	3mL	1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE9)	10g	1
CC-Love ｴﾅﾒﾙ (E2)	10g	1
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	15mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
取扱説明書		1

(8) ﾜﾝｼｪｰﾄﾞｷｯﾄ 3M2

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ (PL9)	3mL	1
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE6)	10g	1
CC-Love ｴﾅﾒﾙ (E3)	10g	1
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	15mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
取扱説明書		1

(9) ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝｷｯﾄ

ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝ (ﾎﾜｲﾄ、ｽﾄﾗﾄ、ﾀｲｶﾞ、ｸﾞﾚｲ、ｱｲﾎﾞﾘｰ、ｷｬﾗﾒﾙ、ｱﾝﾊﾞｰ、ﾃﾗ、ﾌﾞﾗｯｸ)	4g	各1
ｾﾙｺﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾃｲﾝ (9種)	4g	各1
ｾﾙｺﾝ ｸﾞﾚｰｽﾞ	12g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝ)		1

2．単品

CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ (13種)	3mL	
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ｶﾞﾑ	3mL	
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｵﾚﾝｼﾞ	3mL	
CC-Love ﾍﾟｰｽﾄﾗｲﾅｰ ﾌﾞﾘｰﾁ (2種)	3mL	
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ (4種)	20g	75g
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (24種)	20g	75g
CC-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ｶﾞﾑ (2種)	20g	
CC-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞﾝﾁﾝ (5種)	20g	75g
CC-Love ﾌﾙｲﾝｻｲﾄﾞ (2種)	20g	
CC-Love ｸﾞﾚｰｲﾝｻｲﾄﾞ	20g	75g
CC-Love ｴﾅﾒﾙ (3種)	20g	75g
CC-Love ｴﾅﾒﾙ ﾌﾞﾘｰﾁ (2種)	20g	75g
CC-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ (5種)	20g	
CC-Love ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ (5種)	20g	
CC-Love ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾞﾘｰﾁ	20g	
CC-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾌｪｸﾄ (5種)	20g	75g
CC-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾅﾒﾙ (2種)	20g	75g
CC-Love ﾎﾜｲﾄｻｰﾌｪｽ	20g	
CC-Love ｽﾀﾝﾊﾞｲ	20g	75g
CC-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	20g	75g
CC-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (2種)	20g	75g
CC-Love ｱﾄﾞｵﾝ	20g	75g
CC-Love ｽﾃｲﾝ (9種)	4g	
CC-Love ﾎﾞﾃﾞｨｽﾃｲﾝ (3種)	4g	
ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝ (18種)	4g	
ｾﾙｺﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾃｲﾝ (9種)	4g	
ｾﾙｺﾝ ｸﾞﾚｰｽﾞ	12g	

付属品

ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL	
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ	15mL	
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	
ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾘｷｯﾄﾞ	2mL	
ﾀｵﾙ		1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ﾌﾞﾗｼ (ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08, ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)		各1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ﾍﾞｰｽ1、ﾍﾞｰｽ2、ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ、ｵﾊﾟｰﾙ、ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾊﾞ、ｽﾃｲﾝ、ﾌﾞﾘｰﾁ、ｾﾙｺﾝ ｽﾃｲﾝ)		各1
ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾟｰ		1
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ		1
ｶﾗｰﾎｲｰﾙ		1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元　デンツプライ三金株式会社
住所　栃木県大田原市下石上1382番11
製造国　ドイツ
製造元　デグデント社 DeguDent GmbH

[問い合わせ窓口]
カスタマー・サービス・センター
電話番号　0120-789-123
FAX番号　0120-789-129

取扱い説明書を必ずご参照ください。

BC-TM186